


DESCRIZIONI E FOTO AUSILI

CODICI ISO	DESCRIZIONE DETTAGLIATA	IMMAGINE
04.33.03.003	CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA Cuscino preventivo per carrozzina in pazienti a basso rischio di lesioni Indicato ad assistiti con gravi limitazione motorie che impongono situazione di prolungata immobilità. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato.	
04.33.06.015	MATERASSO A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO (CON COMPRESSORE) Indicato ad assistiti con gravi limitazione motorie che impongono situazione di prolungata immobilità in posizione sdraiata in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. Indicato per utenti con rischio medio- basso di lesioni da pressione o in situazioni in cui non è possibile il frequente riposizionamento del paziente . Si tratta di un sovrasmaterasso. (da posizionare sopra un materasso personale).	
04.33.06.018	MATERASSO AD ARIA A BASSA PRESSIONE DI CONTATTO, A PRESSIONE ALTERNATA A DUE O PIU' VIE Indicato ad assistiti con gravi limitazione motorie che impongono una situazione di prolungata immobilità in posizione sdraiata, in cui è forte e concreto il rischio di insorgenza di una ulcerazione cutanea. Indicato per utenti con rischio medio- alto di lesioni da pressione o che hanno già lesioni o in situazioni in cui non è possibile il frequente riposizionamento del paziente. Non indicato in caso di fratture instabili. Si tratta di un sovrasmaterasso. (da posizionare sopra un materasso personale).	
18.12.07.003	LETTO ARTICOLATO A DUE O UNO SNODO (TRE SEZIONI) E CON MANOVELLA PIEGHEVOLE E RIENTRANTE, A REGOLAZIONE MANUALE, SENZA RUOTE. Da gara può essere fornito con sponde nursing e asta sollevapersona / supporto per alzarsi. Indicato ad assistiti con limitazione motorie che obbligano a lunghe, costanti e irreversibili permanenze in posizione distesa. Il materasso a carico dell'utente deve essere adattabile alle reti articolate (per letto singolo, altezza max 10-15cm, flessibile). Portata 140 kg	
18.12.27.003	SPONDA UNIVERSALE PER LETTO, abbassabile, ribaltabile o asportabile (singola o matrimoniale/a una piazza e mezzo). Indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali. Non indicate per reti articolate elettriche e articolate	
18.12.91.003	ASTA SOLLEVA-PERSONE CON BASE A TERRA Il sostegno è un ausilio destinato ad aiutare utilizzatori cognitivamente integri, allettati non autosufficienti che necessitano di supporto di sollevamento per piccoli movimenti in autonomia.	
09.12.03.006	SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA / WATER MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE Indicata per operazioni di igiene personale in posizione seduta. Portata kg 120	
12.22.03.003	CARROZZINA PIEGHEVOLE AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI Indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata.	
09.12.12.003	SGABELLO WC Ausilio destinato ad aiutare persone con difficoltà di movimento nell'uso del bidet e del WC. La foto è esemplificativa in quanto vengono forniti anche rialzi wc. Portata kg 100	

DESCRIZIONI E FOTO AUSILI

12.36.03.006	SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA ELETTRICO, CON IMBRACATURA STANDARD (senza contenimento del capo) Dispositivo concepito per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile e il suo trasferimento tra due posizioni e collocazioni diverse. L'ausilio deve essere manovrato da un assistente formato e istruito sull'utilizzo del dispositivo. Portata kg 130	
12.06.03.003	DEAMBULATORE A 4 PUNTALI FISSO Ausilio per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma con uso di entrambe le braccia. Per favorire il mantenimento della mobilità residua dell'assistito e/o continuità del programma riabilitativo al domicilio. Indicato per solo uso interno. Provvisto di modalità di utilizzo "articolato". Portata 120 kg	
12.06.06.003	DEAMBULATORE 2 RUOTE 2 PUNTALI, ruote piroettanti Ausilio per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma con uso di entrambe le braccia. Indicato a supportare persone con difficoltà di deambulazione per uso interno. La foto è esemplificativa in base alla disponibilità del fornitore. Portata 100 kg	
12.06.09.003	DEAMBULATORE A SEDILE CON 4 RUOTE PIROETTANTI (ROLLATOR) Ausilio per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma con uso di entrambe le braccia. Indicato a supportare persone con difficoltà di deambulazione, generalmente per uso esterno. La foto è esemplificativa in base alla disponibilità del fornitore. N.B è alternativo alla carrozzina pieghevole	
12.22.18.003	CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE Indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni contenute per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc.. Utilizzata prevalentemente per uso interno.	
09.33.03.015	SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO Ausilio che facilita l'espletamento delle attività di igiene personale dell'utente in modo autonomo o assistito. Indicato ad assistiti con gravi limitazione motorie. E' necessario che l'ausilio sia compatibile con la vasca. Portata: 120Kg	
12.36.21.006	IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL CAPO e divisione delle gambe (in 3 misure): L'ausilio è destinato al sollevamento e trasferimento di utilizzatori con difficoltà motorie, l'ausilio deve essere manovrato da un assistente formato e istruito sull'utilizzo del dispositivo.	

N.B. E' possibile integrare o modificare la fornitura ausili con successiva rivalutazione.

Si terrà conto della preferenza indicata, ma verrà erogato quello al momento disponibile in magazzino.

La larghezza della seduta si determina misurando la distanza interna della carrozzina o la distanza tra i trocanteri femorali.

Le foto hanno valore esemplificativo.

Data di emissione 26 maggio 2023	N. Rev. 1	Pagina 2 di 2
Data di applicazione 1 giugno 2023		